

**ФБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН»
 ПРОВАЙДЕР МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
 АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ №РА.RU.10МИ06**

Заключение по результатам участия лаборатории в межлабораторных сличительных испытаниях в 2017 г.

Наименование лаборатории, адрес: Дзержинский отдел мониторинга водных объектов ГФУ инженерных защит Чебоксарского водохранилища по Нижегородской области, 606030, Нижегородская область, Дзержинск, ул. Попова, 28-а

Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.512237

Кодовый номер лаборатории: 98

Контролируемый объект: стандартный образец минерального состава воды природной

Таблица 1

Контролируемый показатель (характеристика), единицы измерения	Массовая концентрация нитрат-ионов, мг/дм ³	Массовая концентрация сульфат-ионов, мг/дм ³	Массовая концентрация хлорид-ионов, мг/дм ³	Массовая концентрация железа общего, мг/дм ³
Шифр образца для проверки квалификации (ОПК)	ОПК 1-17/62-98			
Приписанное значение определяемого показателя (характеристики) в ОПК	2,00	142,3	20,0	0,200
Результат измерения, представленный лабораторией	2,22	147	21,6	0,23
НД на методику измерения (испытания)	ПНД Ф 14.1:2:4.132-98	ПНД Ф 14.1:2:4.132-98	ПНД Ф 14.1:2:4.132-98	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
Стандартное отклонение оценки компетентности	0,13	9,2	1,3	0,024
Значение Z – индекса	-1,7	0,5	1,2	1,25
Заключение о качестве проведения измерений ¹	Удовлетворительно	Удовлетворительно	Удовлетворительно	Удовлетворительно

Контролируемый показатель (характеристика), единицы измерения	Массовая концентрация марганца, мг/дм ³
Шифр образца для проверки квалификации (ОПК)	ОПК 1-17/62-98
Приписанное значение определяемого показателя (характеристики) в ОПК	0,1
Результат измерения, представленный лабораторией	0,0890
НД на методику измерения (испытания)	М-03-505-119-03
Стандартное отклонение оценки компетентности	0,0075
Значение Z – индекса	-1,5
Заключение о качестве проведения измерений ¹	Удовлетворительно

Заключение дано на основе сравнения величины z-индекса с установленными нормативами контроля: $z^* = 2$, $z^{**} = 3$:
при $|z| \leq z^*$ - качество результатов испытаний признают удовлетворительным;
при $z^* < |z| \leq z^{**}$ - качество результатов испытаний признают сомнительным и подлежащим дополнительной проверке;
при $|z| > z^{**}$ - качество результатов испытаний признают неудовлетворительным.

При этом z-индекс рассчитывается по формуле: $z = (x - X) / \hat{\sigma}$, где x – результат испытания лаборатории, участника МСИ; X – приписанное значение (аттестованное значение стандартного образца для определяемого показателя); $\hat{\sigma}$ – стандартное отклонение оценки компетентности (погрешность методики измерений);

Статистическая обработка данных и интерпретация результатов участников МСИ осуществлялась по ГОСТ Р ИСО 13528-2010

Руководитель провайдера

Ответственный исполнитель




А.В. Макаров

Е.В. Богдановская